

42 1512

Код продукции

АЯ46



ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ АНКАТ-7670

Формуляр

ИБЯЛ.413411.044 ФО

Содержание

Лист

1 Общие указания	3
2 Общие сведения о газоанализаторах	4
3 Комплектность	5
4 Гарантии изготовителя	6
5 Свидетельство об упаковывании	7
6 Сведения об отгрузке	7
7 Свидетельство о приемке	8
8 Движение газоанализаторов при эксплуатации	9
9 Учет работы газоанализаторов	10
10 Учет технического обслуживания	11
11 Работы при эксплуатации	12
11.1 Учет выполнения работ	12
11.2 Сведения о рекламациях	13
12 Хранение	14
13 Ремонт	15
14 Особые отметки	16

1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации газоанализаторов АНКАТ-7670 (в дальнейшем – газоанализаторы) ИБЯЛ.413411.044 РЭ.

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с газоанализатором.

1.3 Все записи в формуляре производят чернилами отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. Разрешается использовать при записях шариковые ручки с черной или фиолетовой (синей) пастой. При записи в ФО не допускается записи карандашом, смывающимися чернилами.

1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

1.6 Все записи в разделах формуляра, произведенные в процессе эксплуатации, должны быть заверены эксплуатирующей организацией.

Если в какой-либо раздел не было необходимости вносить записи, то это также заверяется (подтверждается) эксплуатирующей организацией.

1.7 Учет работы производят в часах.

2 Общие сведения о газоанализаторах

2.1 Газоанализатор АНКАТ-7670 ИБЯЛ.413411.044 - ____,
заводской номер _____,
дата изготовления _____ 20 ____ г.

2.2. Газоанализаторы предназначены для измерения массовой концентрации меркаптанов (одоранта) в природном газе по ГОСТ 5542-87 и выдачи сигнализации при снижении или превышении концентрации относительно установленных пороговых значений. Газоанализаторы обеспечивают также автоматический пересчет результатов измерений в массовую концентрацию серы меркаптановой.

Область применения - газораспределительные станции с газопроводами высокого и среднего давления согласно СНиП 42-01-2002.

2.3 Основные технические данные на газоанализаторы приведены в ИБЯЛ.413411.044 РЭ.

2.4 Срок службы газоанализаторов составляет не менее 10 лет при условии своевременного проведения технического обслуживания и ремонта.

2.5 Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р № РОСС.RU.АЯ46.В29536 от 21.12.2005 г. выдан органом по сертификации промышленной продукции РОСТЕСТ-МОСКВА.

Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р № РОСС RU.ГБ05.В01456 от 20.12.2005 г. выдан органом по сертификации НАНИО “Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования”.

Газоанализаторы допущены к применению в Российской Федерации и имеют сертификат об утверждении типа средств измерений № 22921 от 28.12.2005 г., выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (рег. RU.C.31.004.A), внесены в Государственный реестр средств измерений России под № 30844-05.

3 Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество	Заводской номер	Примечание
ИБЯЛ.413411.044	Газоанализатор АНКAT-7670 в составе:	1 шт.		Согласно исполнению
ИБЯЛ.411111.039	Блок питания и сигнализации			
ИБЯЛ.418311.052	Блок отбора пробы			
ИБЯЛ.413411.044 РЭ	Газоанализаторы АНКAT-7670 Руководство по эксплуатации с приложением А «Методика поверки»	1 экз.		
ИБЯЛ.413411.044 ФО	Формуляр	1 экз.		
	Комплект ЗИП	1 компл.	согласно ИБЯЛ.413411.044 ЗИ	
ИБЯЛ.413411.044 ЗИ	Ведомость ЗИП	1 экз.		

Примечания

1 В комплект поставки газоанализаторов входит выносной блок управления и индикации ИБЯЛ.421252.001-01;

2 По отдельному заказу может поставляться:

1) электрохимическая ячейка ИБЯЛ.418425.035-56 взамен отработавшей свой ресурс;

2) генератор газовых смесей ГДП-102 ИБЯЛ.413142.002 ТУ;

3) источник микропотока C_2H_5SH «ИМ 07-М-А2», 1-12 мкг/мин 100 °С ИБЯЛ.418319.013 ТУ-2001;

4) баллоны с азотом;

5) CD-диск с программным обеспечением для работы с ПЭВМ ИБЯЛ.431214.185

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие газоанализаторов требованиям технических условий ИБЯЛ.413411.044 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес со дня отгрузки газоанализаторов потребителю.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт газоанализаторов, о чем делается отметка в руководстве по эксплуатации.

5 Свидетельство об упаковывании

5.1 Газоанализатор АНКАТ-7670-____ ИБЯЛ.413411.044-____,

заводской номер блока отбора пробы (БОП) _____,

заводской номер блока питания и сигнализации (БПС) _____,

заводской номер блока датчика (БД) _____

упакован на _____, согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 Сведения об отгрузке

6.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного срока.

7 Свидетельство о приемке

7.1 Газоанализатор АНКАТ-7670 ____ ИБЯЛ.413411.044-____,

заводской номер БОП _____,

заводской номер БПС _____,

заводской номер БД _____

изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.413411.044 ТУ, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

Представитель ОТК

М.П. _____

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

Госповеритель

М.П. _____

личная подпись

год, месяц, число

расшифровка подписи

14 Особые отметки

Лист регистрации изменений

изм	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	-	все	-	-	ИБЯЛ.			