

**ПРИБОР ДИАГНОСТИКИ
ПД-2**

Паспорт

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Напряжение питания (аккумуляторная батарея)	18В
1.2. Потребляемый ток, не более	40мА
1.3. Режим работы –	периодический
1.4. Габаритные размеры, мм:	
• Генератор качающей частоты	125x175x85
• Излучатель	40x40x25
1.5. Масса, кг:	
• Генератор качающей частоты	0,77
• Излучатель	0,05
1.6. Длина соединительного кабеля, м	1,0

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Генератор качающей частоты	1 шт.
2.2. Излучатель	1 шт.
2.3. Аккумулятор	2 шт.
2.4. Центрирующие кольца №1 и №2	2 шт.
2.5. Зарядное устройство	1 шт.
2.6. Руководство по эксплуатации	1 шт.
2.7. Паспорт	1 шт.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1. Прибор ПД-2 заводской № _____ соответствует техническим условиям ФАЕС424320.000ТУ и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска: " ____ " _____ 200 ____ г.

Подпись лица, ответственного за приемку изделия:

_____ (должность) _____ (Подпись) (_____)
(Фамилия, И.О.)

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

4.1. Прибор ПД-2 заводской № _____

упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией

Дата упаковки " _____ " _____ 200__ г.

Упаковку произвел _____ (_____)
(Подпись) (Фамилия И.О.)

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ФАЕС424320.000ТУ при соблюдении потребителем условий пуска, эксплуатации, хранения и транспортирования.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации установлен 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. В течение этого срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по его вине.

5.3 Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.