



**Газоанализатор ИГС-98
модификация «Агат-Д» исполнение 021**

Наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

ФГИМ.413415.012ПС

Обозначение документа

Технические характеристики

Параметр	Характеристика
Сигнализация	
Световая	Цифровое табло 4 цифры
Звуковая	Нет
Выходной сигнал	
Токовый	4 - 20 мА
Цифровой	Нет
Дискретные выходы	Нет
Токовый коэффициент	0,5 мА/(мг/м ³)
Электрические характеристики	
Напряжение питания	24 В
Потребляемая мощность, не более	1,5 Ватт
Габаритные размеры	
Высота	117 мм
Ширина	110 мм
Длина	55 мм
Масса	
Не более	250 г
Защита корпуса	
Степень защиты оболочки	IP65
Условия эксплуатации	
Температура	-30°C ... +50°C
Давление	от 84 до 120 кПа
Влажность	от 0 до 95 % без конденсации влаги

Метрологические характеристики

Определяемый компонент	Диапазон измерения	Участок диапазона измерений	Пределы допускаемой основной погрешности, %	
			Приведённой	Относительной
Азота диоксид NO ₂	от 0,1 до 32 мг/м ³	от 0,1 до 2 мг/м ³	15	
		от 2 до 32 мг/м ³		15

Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
ФГИМ.413415.012	Газоанализатор	1	123456789	
ФГИМ.413415.012ПС	Паспорт	1		
ФГИМ.413415.012РЭ	Руководство по эксплуатации	1		
	Из программы	?		
	Из программы	?		
	Из программы	?		
	Из программы	?		

Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из

стройка части, либо всё изделие, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

Претензии не принимаются при наличии механических повреждений изделия, при наличии влаги или грязи внутри корпуса изделия, при несанкционированном вскрытии изделия и изменении его конструкции.

Срок службы изделия составляет 10 лет.

Свидетельство о приемке

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Агат-Д» исп. 021

№ 123456789

Наименование

Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

подпись

2018.09.04

Год, месяц, число

Реализация

Дата продажи

Подпись

Продавец