



**Газоанализатор ИГС-98
модификация «Хмель-Д» исполнение 024**

Наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

ФГИМ.413415.011ПС

Обозначение документа

Технические характеристики

Параметр	Характеристика
Сигнализация	
Световая	Два светодиода
Звуковая	Нет
Выходной сигнал	
Токовый	Нет
Цифровой	RS-485, протокол Modbus RTU, Параметры по умолчанию 9600.8N2 Адрес 17
Дискретные выходы	Нет
Пороги срабатывания	
Порог 1	0,50 мг/м ³
Порог 2	1,00 мг/м ³
Электрические характеристики	
Напряжение питания (от устройства контроля или внешнего источника постоянного напряжения)	24 В – Номинальное Рабочее 10.5 – 24 В
Потребляемая мощность, не более	0,5 Ватт
Габаритные размеры	
Высота	135 мм
Ширина	145 мм
Длина	55 мм
Масса	
Не более	300 г
Защита корпуса	
Степень защиты оболочки	IP65
Условия эксплуатации	
Температура	-30°C ... +50°C
Давление	от 84 до 120 кПа
Влажность	от 0 до 95 % без конденсации влаги

Метрологические характеристики

Определяемый компонент	Диапазон измерения	Участок диапазона измерений	Пределы допускаемой основной погрешности, %	
			Приведённой	Относительной
Хлор Cl ₂	от 0,01 до 4 мг/м ³	от 0,01 до 0,4 мг/м ³	25	
		от 0,4 до 4 мг/м ³		25

Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
ФГИМ.413415.011	Газоанализатор	1	18036	
ФГИМ.413415.011ПС	Паспорт	1		
ФГИМ.413415.011РЭ	Руководство по эксплуатации	1		

Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо всё изделие, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

Претензии не принимаются при наличии механических повреждений изделия, при наличии влаги или грязи внутри корпуса изделия, при несанкционированном вскрытии изделия и изменении его конструкции.

Срок службы изделия составляет 10 лет.

Свидетельство о приемке

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Хмель-Д» исп. 024

№ 18036

Наименование

Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

подпись

2018.10.01

Год, месяц, число

Реализация

Дата продажи

Подпись

Продавец