



**Газоанализатор ИГС-98
модификация «Комета-М» исполнение 007**

Наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

ФГИМ.413415.007ПС

Обозначение документа

Технические характеристики

Параметр	Характеристика
Сигнализация	
Световая	Дисплей плюс светодиод
Звуковая	Есть
Электрические характеристики	
Напряжение питания	Номинальное 3,7 В Рабочее 3,3 – 4,2 В
Потребляемая мощность, не более	1 Ватт
Пороги срабатывания	
Порог 1 Канал 1	Из программы
Порог 2 Канал 1	Из программы
Порог 1 Канал 2	Из программы
Порог 2 Канал 2	Из программы
Порог 1 Канал 3	Из программы
Порог 2 Канал 3	Из программы
Порог 1 Канал 4	Из программы
Порог 2 Канал 4	Из программы
Порог 1 Канал 5	Из программы
Порог 2 Канал 5	Из программы
Порог 1 Канал 6	Из программы
Порог 2 Канал 6	Из программы
Габаритные размеры	
Высота	80 мм
Ширина	171 мм
Длина	85 мм
Масса	
Не более	800 г
Условия эксплуатации	
Температура	–30°C ... +50°C
Давление	от 84 до 120 кПа
Влажность	от 0 до 95 % без конденсации влаги

Метрологические характеристики

Определяемый компонент	Диапазон измерения	Участок диапазона измерений	Пределы допускаемой основной погрешности, %	
			Приведённой	Относительной
Азота диоксид NO ₂	от 0,1 до 32 мг/м ³	от 0,1 до 2 мг/м ³	15	
		от 2 до 32 мг/м ³		15
Водород H ₂	от 0,01 до 4 об. доля, %	от 0,01 до 0,4 об. доля, %	15	
		от 0,4 до 4 об. доля, %		15
Из программы	Из программы	Из программы	15	
		Из программы		15
Из программы	Из программы	Из программы	15	
		Из программы		15
Из программы	Из программы	Из программы	15	
		Из программы		15
Из программы	Из программы	Из программы	15	
		Из программы		15

Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
ФГИМ.413415.007	Газоанализатор	1	123456789	
ФГИМ.413415.007ПС	Паспорт	1		
ФГИМ.413415.007РЭ	Руководство по эксплуатации	1		
	Из программы	?		
	Из программы	?		
	Из программы	?		
	Из программы	?		

Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы изделия составляет 12 месяцев со дня продажи, срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо всё изделие, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе.

Претензии не принимаются при наличии механических повреждений изделия, при наличии влаги или грязи внутри корпуса изделия, при несанкционированном вскрытии изделия и изменении его конструкции.

Срок службы изделия составляет 10 лет.

Свидетельство о приемке

Газоанализатор ИГС-98 мод. «Комета-М» исп. 007

Наименование

№ 123456789

Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

подпись

2018.09.04

Год, месяц, число

Реализация

Дата продажи

Подпись

Продавец